

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ХК «Авангард»

Главный врач ООО «ХК «Авангард»

Д. Е. Батушенко

подпись

Ф.И.О.

«29» марта 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аппарата терапевтического ударно-волнового**

- 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Поставка аппарата терапевтического ударно-волнового.
- 2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА:** г. Омск, улица Лукашевича, 35 (G-Drive Арена).
- 3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**
 - Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика;
 - Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки товара.
- 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРА:** предоплата в размере не более 50% (пятидесяти процентов) на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора. Окончательный расчет в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня ввода товара в эксплуатацию и подписания подтверждающих документов (ТОРГ-12, УПД, акт ввода в эксплуатацию).
 - В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы: стоимость товара, затраты на погрузку/разгрузку, доставку, упаковку, транспортировку, занос оборудования в помещение Заказчика, пусконаладочные работы, инструктаж персонала Заказчика, а также прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, уплаченные или подлежащие уплате и другие обязательные платежи.
 - Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения, не будут оплачиваться Заказчиком и будут покрываться Поставщиком за счет общей (максимальной) цены договора.
- 5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН:** цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение срока действия договора или до повышения порога при изменении курса валют. В случае изменения курса валют более чем на 10% (десять процентов), как в меньшую, так и в большую сторону, предусматривается возможность согласования (путем подписания соответствующих дополнительных соглашений) изменения стоимости товара пропорционально изменению курса валют.
- 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:** с момента заключения договора до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
- 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:**
 - 1) Соответствие товара требованиям, установленным в Приложении № 1 к ТЗ;
 - 2) Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
 - 3) При передаче товара Поставщик обязуется передать все необходимые документы к поставляемому товару (регистрационное удостоверение (при наличии), инструкции по эксплуатации на русском языке, описания, копии сертификатов и иные необходимые документы);

- 4) Ввод товара в эксплуатацию должен быть выполнен в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности и иного законодательства Российской Федерации;
- 5) После ввода товара в эксплуатацию Поставщик обязан провести инструктаж для персонала Заказчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода, в срок, не превышающий 30 дней с момента извещения Заказчиком.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:

- Возраст организации – не менее 2 (двух) лет;
- Наличие опыта поставок медицинского оборудования – не менее 2 (двух) лет.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: стоимость предложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:

Приложение № 1 – технические характеристики аппарата терапевтического ударно-волнового.

Администратор медицинской службы

/A. A. Голубенко/

Приложение № 1
к Техническому заданию

Технические характеристики аппарата терапевтического ударно-волнового

№ п/п	Наименование товара	Кол-во, ед. изм.	Показатели	Значение
1	Аппарат терапевтический ударно-волновой DUOLITH SD1 T-Top «F-SW Ultra»	1, штука	Экран управления	Цветной сенсорный
			Интерфейс	Русифицированный
			Подставка-держатель	Наличие
			Держатель аппликатора	Наличие
			Кабель электропитания	CEE 7 Europe
			УЗИ-гель	250 мл
			Силиконовое масло	500 мл
			Источник ударной волны	Сменная электромагнитная катушка
			Плановый ресурс электромагнитной катушки	2 000 000 импульсов
			Тип ударной волны	Фокусированная
			Фокусированный аппликатор ударной волны	F-SW (SEPIA) для урологии и ортопедии
			Ресурс аппликатора F-SW	5 000 000 импульсов
			Эффективная глубина воздействия	До 125 мм
			Плотность потока энергии	До 0,55 мДж/мм ²
			Насадка типа I	Наличие
			Насадка типа II	Наличие
			Фиксирующее кольцо для насадок типа I и II	Наличие

Администратор медицинской службы

/А. А. Голубенко/