

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к поставляемому товару (Лот № 2)


№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара*	Ед. изм.	Кол-во**	Год выпуска
1	2	3	4	5	6
1	Дефибриллятор	<p>Модель: NeatStart FRx</p>	шт.	6	не ранее 2020
		<p>Модель: WOD730;                      Тип установки: с подкатным блоком врача;                      Количество инструментов (блок врача): 6;                      Нетатоскоп: Да;                      Клапанная система выбора инструмента: пневматическая;                      Шланг с разъемом Midwest: 3;                      Скалер: Да;                      Полимеризационная лампа: Да;                      Электроототвор: Да;                      Тип панели управления: Мембранная (Кнопочная);                      Количество инструментов (блок ассистента): 4;                      Пульс управления на блоке ассистента: Да;                      Количество подлокотников: 2;                      Мягкая обивка: Да;                      Привод кресла: Электромеханический;                      Грузоподъемность кресла: 180 кг;                      Подъемный механизм: Стандартный;                      Тип аспирации: Эжекторный (водовоздушный);                      Поворотный гидроблок: Да;                      Крепление гидроблока: Навесной;                      Автономная подача воды: Да;                      Подвод коммуникаций: Под Креслом;                      Материал плевательницы: Керамическая;                      Поворотная плевательница: Да;                      Съёмная плевательница: Да;                      Светильник: Светодиодный;                      Макс. яркость светильника: 36000 люкс;                      Педали с плавной регулировкой: Да;                      Выход под монитор: Да;                      Стулья в комплекте: Стул врача и стул ассистента.                      В комплекте с безмасляным компрессором для одной стоматологической установки модели WOD730, без осушителя, с кожухом.</p>	комплект	1	не ранее 2020
3	Камера бактерицидная	<p>Модель: КБ-03-«Я»-ФП                      Мощность, потребляемая камерой от сети переменного тока: не более 40 ВА.                      Объем 30 литров.</p>	шт.	4	не ранее 2020
4	Сухожарный шкаф	<p>Модель: Binder ED-23 1Ф/220 В, N=0.8 кВт                      Размер: не более 435x625x495 мм</p>	шт.	1	не ранее 2020

5	Фармацевтический холодильник	<p>Модель: ХФ-140 «Pozis».  Размер: 600x610x910 мм.  Для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических препаратов.  Объем: 140 л.  Т: +2 – +15 °С.  165 Вт, 220 В, 1 Ф, 50 Гц.  Дверь металлическая.  С замком, вертикальный.</p>	шт.	1	не ранее 2020	
6	Холодильник фармацевтический	<p>Модель: ХФ-250-2 «Pozis».  220 В, 0,2 кВт.  Объем: 250 л.  Размер: 600x610x1300 мм.</p>	шт.	14	не ранее 2020	
7	Электрокардиограф	Модель: PH111PS PageWriter TC	шт.	3	не ранее 2020	
<p>* - Поставщик имеет право предложить к поставке аналогичное оборудование, идентичное по функциональному назначению, применению и не уступающее по своим техническим характеристикам оборудованию, указанному в столбце 3.  ** - Номенклатура должна быть закрыта полностью. Количество указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую стороны.</p>						
Место поставки	644119, Омская область, г. Омск, улица Лукашевича, 35.					
Срок поставки	Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Общий объем поставки возможен как одной (единовременной) партией, так и несколькими партиями за счет средств Поставщика.					
Условия оплаты	Предоплата не более 50% от общей суммы договора в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Договора. Оставшаяся часть – в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания товарно-транспортных накладных или УПД сторонами.					
Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ	Не более 5 (пяти) календарных дней с даты поставки товара					
Гарантийный срок	Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинается со дня получения товара Покупателем					

Руководитель подразделения Заказчика:  
Главный врач

 /Д.Е. Батушенко

Исполнитель:  
Руководитель отделения по административному сопровождению медицинских служб

 /Е.В. Ильин